

仕 様 書

- 1 件 名 什器備品購入（理化学機器類）
- 2 納入場所 四之宮管理センター（神奈川県平塚市四之宮四丁目 19 番 1 号）
 柳島管理センター（神奈川県茅ヶ崎市柳島 1900 番地）
 酒匂管理センター（小田原市西酒匂一丁目 1 番 54 号）
- 3 納入期限 平成 30 年 12 月 28 日
- 4 購入物品の内訳

(1) 四之宮管理センター納入分

番号	購入物品	規格	メーカー (問い合わせ先)	数量	単位	搬入及び設置場所
1	サンプル濃縮器	別紙詳細 仕様書のとおり	株式会社ハニテック サイエンス 03-3513-5242	1	台	四之宮管理センター 管理棟 1 F 理化学試験室
2	ポータブル pH 計		東亜ディーケーケー 株式会社 03-3202-0219	1	台	四之宮管理センター 管理棟 1 F 理化学試験室
3	業務用冷凍 冷蔵庫		ホシザキ湘南 株式会社 045-650-6121	1	台	四之宮管理センター 管理棟 1 F 理化学試験室
4	定温乾燥器		アドバンテック 東洋株式会社 045-451-1870	1	台	四之宮管理センター 管理棟 1 F 理化学試験室
5	定温乾燥器		アドバンテック 東洋株式会社 045-451-1870	1	台	四之宮管理センター 管理棟 1 F 理化学試験室
6	COD測定 電気湯煎器		宮本理研工業 株式会社 06-6921-3935	1	台	四之宮管理センター 管理棟 1 F 理化学試験室

番号	購入物品	規格	メーカー (問い合わせ先)	数量	単位	搬入及び設置場所
7	TempHion pH/ORP スマートセンサー	別紙詳細 仕様書のとおり	日科機バイオス 株式会社(代理店) 03-6265-0105	1	台	四之宮管理センター 管理棟1F 理化学試験室
8	シアン蒸留装置		宮本理研工業 株式会社 06-6921-3935	2	台	四之宮管理センター 管理棟1F センター試験室
9	拡散式硫化水素 測定器		株式会社ガステック 0467-79-3911	1	台	四之宮管理センター 管理棟1F センター試験室

(2) 柳島管理センター納入分

番号	購入物品	規格	メーカー (問い合わせ先)	数量	単位	搬入及び設置場所
10	恒温器 (インキュベーター)	別紙詳細 仕様書のとおり	株式会社平山製作所 048-735-1241	1	台	柳島管理センター 管理棟1F 理化学試験室
11	業務用冷凍 冷蔵庫		ホシザキ湘南 株式会社 045-650-6121	1	台	柳島管理センター 管理棟1F 理化学試験室
12	携帯用マルチ水質 測定器		セントラル科学 株式会社 03-3812-9186	2	台	柳島管理センター 管理棟1F 理化学試験室
13	BOD測定システム 「BOD マスター」		飯島電子工業 株式会社 0533-67-2827	1	台	柳島管理センター 管理棟1F 理化学試験室

(3) 酒匂管理センター納入分

番号	購入物品	規格	メーカー (問い合わせ先)	数量	単位	搬入及び設置場所
14	分析天秤	別紙詳細 仕様書の とおり	メトラートレド 株式会社 TEL03-5815-5515	1	台	酒匂管理センター 管理棟 1F 水質試験室
15	低温恒温器		東京理化工機 株式会社 TEL03-6757-3377	1	台	酒匂管理センター 管理棟 1F 水質試験室

品目別数量内訳

番号	品目	数量	内訳
1	サンプル濃縮器	1台	四之宮 1
2	ポータブル pH 計	1台	四之宮 1
3	業務用冷凍冷蔵庫	1台	四之宮 1
4	定温乾燥器	1台	四之宮 1
5	定温乾燥器	1台	四之宮 1
6	COD測定電気湯煎器	1台	四之宮 1
7	TempHion pH/ORP スマートセンサー	1台	四之宮 1
8	シアン蒸留装置	2台	四之宮 2
9	拡散式硫化水素測定器	1台	四之宮 1
10	恒温器 (インキュベーター)	1台	柳島 1
11	業務用冷凍冷蔵庫	1台	柳島 1
12	携帯用マルチ水質測定器	2台	柳島 2
13	BOD測定システム 「BOD マスター」	1台	柳島 1
14	分析天秤	1台	酒匂 1
15	低温恒温器	1台	酒匂 1

※数量は、各品目における納入場所毎の台数です

詳細仕様書

1 サンプル濃縮器	
<p>メーカー： 株式会社バイオメディカルサイエンス</p> <p>品名： サンプル濃縮器 KD200</p> <p>型式： BSR-KD200</p> <p>以下の部品も含めます</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アルミブロック BSR-BD04 (Φ15 mm×12 本) 1 体 ・アルミブロック BSR-BD05 (Φ16 mm×12 本) 1 体 ・アルミブロック BSR-BD06 (Φ19 mm×12 本) 1 体 ・アルミブロック BSR-BD07 (Φ20 mm×12 本) 1 体 ・ノズルセット BSR-KD200-N150(150mm×6 本セット) 1 セット 	<p>1 式 (1 台)</p>

※受注者は、装置の搬入、据付、調整及び取扱説明を実施してください。

2 ポータブル pH 計	
<p>メーカー： 東亜ディーケーケー株式会社</p> <p>品名： ポータブル pH 計</p> <p>型式： HM-31P</p> <p>以下の付属品も含めます</p> <ul style="list-style-type: none"> ・pH 複合電極 GST-2729C (リード長 1m) 1 本 	<p>1 式 (1 台)</p>

※pH 計本体及び pH 電極は、計量法に基づく検定を受け合格した品を納入してください。

※受注者は、機器の搬入を実施してください。

3 業務用冷凍冷蔵庫	
<p>メーカー： ホシザキ湘南株式会社</p> <p>品名： 業務用冷凍冷蔵庫</p> <p>型式： HRF-120AT</p> <p>以下の作業も含めます。</p> <p>現在、使用中の業務用冷凍冷蔵庫を水質試験室内の指定した場所まで移動する作業</p>	<p>1 台</p>

※受注者は、機器の搬入、据付、調整及び取扱説明を実施してください。

4 定温乾燥器	
メーカー： アドバンテック東洋株式会社 品名： 定温乾燥器 型式： DRN320DD	1台

※受注者は、機器の搬入、据付、調整及び取扱説明を実施してください。

5 定温乾燥器	
メーカー： アドバンテック東洋株式会社 品名： 定温乾燥器 型式： DRN620DD	1台

※受注者は、機器の搬入、据付、調整及び取扱説明を実施してください。

6 COD測定電気湯煎器	
メーカー： 宮本理研工業株式会社 品名： COD測定電気湯煎器 型式： CD-15（コードNo.2401-15）単相200V仕様 以下の作業も含めます ・接地 2P 20A 250V 引掛形の電源プラグを電気湯煎器のコードに取り付けるものとします。	1台

※受注者は、機器の搬入、据付、調整及び取扱説明を実施してください。

7 TempHion pH/ORP スマートセンサー	
メーカー： 日科機バイオス株式会社（代理店） 品名： TempHion pH/ORP スマートセンサー 型式： ケーブルレス 2G11504 以下の部品も含めます ・スマートセンサー通信キット 7A21851 1セット	1式 (1台)

※受注者は、購入物品の搬入を実施してください。

8 シアン蒸留装置	
メーカー： 宮本理研工業株式会社 品 名： シアン蒸留装置 型 式： CGR-6D 電気式6連、プラグ付き、AC200V（単相）仕様 標準付属品及び以下の作業も含めます。 ・接地 2P 20A 250V 引掛形の電源プラグを蒸留装置のコードに取り付けるものとします。	2台

※受注者は、装置の搬入、据付、調整及び取扱説明を実施してください。

9 拡散式硫化水素測定器	
メーカー： 株式会社ガステック 品 名： 拡散式硫化水素測定器 型 式： GHS-8AT 測定範囲 0~100ppm（センサー：H2S-521E 付）	1台

※受注者は、購入機器の搬入を実施してください。

10 恒温器（インキュベーター）	
メーカー： 株式会社平山製作所 品 名： 恒温器（インキュベーター） 型 式： FIN-1000MVI	1台

※受注者は、機器の搬入、据付、調整及び取扱説明を実施してください。

11 業務用冷凍冷蔵庫	
メーカー： ホシザキ湘南株式会社 品 名： 業務用冷凍冷蔵庫 型 式： HRF-180AF3 以下の作業も含めます。 現在、使用中の業務用冷凍冷蔵庫を水質試験室内の指定した場所まで移動する作業	1台

※受注者は、機器の搬入、据付、調整及び取扱説明を実施してください。

12 携帯用マルチ水質測定器	
メーカー： セントラル科学株式会社 品 名： 携帯用マルチ水質測定器 型 式： Multi 3620 IDS (本体 2 台) 以下の部品も含めます。 ・デジタル ORP 電極(SensoLyt ORP 900-P) 2 本 ・電極ケーブル(AS/IDS-6、ケーブル長：6m) 2 本 ・電極保護筒取付ヘッド部(A925-P) 2 個 ・電極保護筒 (アルミ製) 2 個	1 式 (2 台)

※受注者は、機器の搬入を実施してください。

13 BOD 測定システム「BOD マスター」	
メーカー： 飯島電子工業株式会社 品 名： BOD 測定システム BOD マスター 型 式： B-100BTi (DO プローブ 2 本仕様) 標準付属品も含みます。	1 式 (1 台)

※受注者は、機器の搬入、据付、調整及び取扱説明を実施してください。

14 分析天秤	
メーカー：メトラー・トレド株式会社 品 名： ML-T 天びん 型 式： ML204T/00	1 台

※受注者は、機器の搬入、据付、調整及び取扱説明を実施してください。

15 低温恒温器	
メーカー： 東京理化学器械株式会社 品 名： 低温恒温器 型 式： LTI-1200E 以下の作業も含めます。 現在、使用中の低温恒温器を水質試験室内の指定した場所まで移動する 作業	1 台

※受注者は、機器の搬入、据付、調整及び取扱説明を実施してください。